

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру очікуваної вартості предмету закупівлі ДК:021:2015 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні на очікувану вартість –10000,00 грн.

Оголошення про проведення запиту ціни пропозиції

1. Обґрунтування доцільності закупівлі Товару: Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду товару — для організації роботи медичного закладу, а саме безперебійного функціонування лабораторії КНП «Кегичівський ЦПМСД» , та ефективного проведення лабораторних аналізів.

2. Найменування: Комунальне некомерційне підприємство «Кегичівський центр первинної медико-санітарної допомоги».

3. Місце знаходження: 64003, Україна, Харківська область, Берестинський район, селище Кегичівка, вулиця Калинова, будинок 37.

4. Код ЄДРПОУ: 38008760.

5. Категорія: комунальне некомерційне підприємство.

6. Назва предмету закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником: Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні . Код ДК:021:2015 : 33190000-8: Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні.

КОД ДК 021:2015 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні

7. Дата оголошення: 28.05.2025 року.

8. Процедура закупівлі: Запит ціни пропозиції.

9. Ідентифікатор закупівлі: UA-2025-05-28-009423-а

10. Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі :

Лабораторія проводить біохімічні (6 щоденно), гематологічні (40 щоденно) дослідження та аналізи мочи (15 щоденно) в АЗПСМ Кегичівка та Слобожанське. Основне завдання лабораторії - забезпечення отримання швидких, надійних і достовірних результатів клінічних лабораторних досліджень, як перед оперативним втручанням, так і після нього, при перебуванні пацієнта у відділенні так і для контролю. **Система для забору капілярної крові КЗ-ЕДТА 0,2 мл** - це пробірка об'ємом 0,2 мл з капіляром і наповнювачем EDTA-K3, призначена для взяття капілярної крові у пацієнта з метою подальшого клінічного дослідження сироватки крові в біохімії, імунології.. Особливістю системи є наявність у кришці пробірки хрестоподібного розрізу зі вставленим у нього капіляром. Це дає змогу робити забір крові у пацієнта, не знімаючи кришки, а також проводити подальші маніпуляції зі зразком крові в цій системі, не знімаючи кришки. Антикоагулянт КЗ- ЕДТА запобігає згортанню крові під час зберігання. **Характеристики системи для забору капілярної крові КЗ-ЕДТА 0,2 м:**

- система використовується для взяття крові у пацієнтів усіх вікових категорій, особливо зручна в неонатології;
- всі частини системи виконані з прозорого пластику, що не б'ється;
- на внутрішню стінку пробірки і капіляра нанесено антикоагулянт КЗ-ЕДТА, який використовують у гематологічних дослідженнях під час зберігання крові в пробірках для запобігання її згортання;
- наповнення системи відбувається під дією капілярного ефекту;
- закритість системи забезпечує стабільність параметрів досліджуваного матеріалу;
- стерильність набору гарантує повну безпеку пацієнта та медичного персоналу, захист від можливого інфікування ВІЛ та гепатитами.

Пробірки Falcon – це пластикові ємності, що використовуються для забору, зберігання та обробки зразків у лабораторіях.

Пробірки типу Еппендорф (Eppendorf) - це спеціальні лабораторні ємності, які використовують для зберігання, транспортування, центрифугування та заморожування малих об'ємів біологічних матеріалів, рідин, реактивів та їх похідних. Вони часто використовуються в молекулярній біології, біохімії та інших лабораторних дослідженнях

Обґрунтування обсягів закупівлі. Обсяги визначено відповідно до очікуваної потреби, обрахованої Замовником на основі фактичного використання реактивів у попередньому році

Загальні умови:

Предмет закупівлі повинен відповідати Державним медичним стандартам України.

11. **Строк поставки:** за заявкою Замовника до 31.12.2025 р.

12. **Очікувана вартість предмета закупівлі:** 10000,00 грн.

13. **Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі Товару:** розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі проведено відповідно рекомендаціям Наказу Мінекономіки від 18.02.2020р. № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» з урахуванням інформації, отриманої з Інтернет-ресурсів: <https://index.minfin.com.ua/BI/PROZORRO>.

14. **Обґрунтування обсягів закупівлі Товару:** відповідно до фактичного обсягу витрат у 2024 році.

Директор КНП «Кегичівське ЦПМСД»


Роман СТЕПАНЕНКО