

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор КНП «Кегичівський ЦПМСД»

Роман СТЕПАНЕНКО

2026 р.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Комунальне некомерційне підприємство «Кегичівський центр первинної медико-санітарної допомоги», 64003, Україна, Харківська область, Берестинський район, селище Кегичівка, вулиця Калинова, будинок 37. ЄДРПОУ 38008760.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним: Тест-смужки для аналізаторів сечі Urine RS H10, код згідно ДК 021:2015 – 33120000-7 – Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання.

3. Ідентифікатор закупівлі: UA-2026 _____

4. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: Розмір бюджетного призначення становить 24000,00 грн.

5. Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Очікувана вартість предмета закупівлі на 2026 рік, становить 24000,00 грн. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмету закупівлі на підставі примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275 зі змінами.

6. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Лабораторія проводить біохімічні, гематологічні дослідження та аналізи сечі в АЗПСМ Кегичівка та Слобожанське. Основне завдання лабораторії – забезпечення отримання швидких, надійних і достовірних результатів клінічних лабораторних досліджень, як перед оперативним втручанням, так і після нього, при перебуванні пацієнта у відділенні так і для контролю.

Реагентні тест-смужки визначають 10 параметрів сечі:

- біохімічні компоненти (глюкоза, білок, кетони, нітрити, білірубін, уробіліноген);
- клітини крові (прихована кров, лейкоцити);
- фізико-хімічні показники (рН, питома вага).

Результати аналізу тест смужок для аналізаторів CL дають інформацію про стан вуглеводного обміну (первинний скринінг діабету), функції нирок, печінки, порушеннях білкового обміну, кислотно-лужному балансі і інфекціях сечовивідних шляхів.

Результат кожного тесту може бути проаналізований як візуально, так і з допомогою приладів-аналізаторів сечових смужок. При візуальному аналізі тестова область пластмасової смужки порівнюється з колірної діаграми, надрукованої на етикетці пенала. Час аналізу не перевищує 1 хвилини.

Тест-смужки призначені для лабораторного скринінгу та індивідуального моніторингу пацієнта.

Тест смужки для аналізаторів поставляються по 100 шт. у пластиковому пеналі з вологопоглиначем і повинні зберігатися щільно закритими.

Обов'язковими умовами зберігання є температурний режим 2-30°C, виключення попадання прямих сонячних променів.

7. Строк поставки: партіями за заявками Замовника, але в будь-якому випадку до 31 грудня 2026 року.

8. Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду товару: З метою безперебійної роботи медичного закладу, забезпеченні безперервного лікувального процесу, виконанні вимог стандартів надання медичної допомоги, а також забезпечення своєчасної, якісної та безпечної медичної допомоги пацієнтам.

9. Процедура закупівлі: Запит ціни пропозицій.

Фахівець з публічних закупівель,
уповноважена особа
КНП «Кегичівський ЦПМСД»

Ірина ПАВЛЮК